

ADENDO AO EDITAL

A COMISSÃO DE PREGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE TORNA PÚBLICO O ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 19.08.01/2020-SRP. PARA O LOTE 13 - ESTUFA A SECO DE ESTERELIZAÇÃO. A ESPECIFICAÇÃO MAIS DETALHADA DO EQUIPAMENTO ENCONTRA - SE NA PLANILHA ABAIXO. OS DEMAIS LOTES PERMANECEM INALTERADOS.

LOTE 13

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID	VALOR MÉDIO UNIT. R\$	VALOR MÉDIO TOTAL R\$
01	ESTUFA A SECO DE ESTERELIZAÇÃO - PAINEL DE CONTROLE · LED indicador das fases do processo; · Adesivo em policarbonato; · Chave geral liga/desliga; · Porta fusível; · Controlador eletrônico. GABINETE · Chapa de aço carbono SAE 1020; · Pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; · Porta com puxador anatômico e abertura para esquerda nas estufas de bancada; Interno em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho; · Saída superior: respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Sistema de fecho tipo rolete; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. TEMPERATURA DE TRABALHO - Ambiente +5°C até 300°C - outras sob consulta, CONTROLE DE TEMPERATURA Digital PID autotuning, DISPLAY LED 4 dígitos RESOLUÇÃO 0,1°C para indicação de temperatura de processo TIMER Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto INDICAÇÃO DE PROCESSO LED, SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 CABO DE ALIMENTAÇÃO, Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136, HOMOGENEIDADE TÉRMICA +/- 1°C / 480L ou 630L +/- 4°C, PRECISÃO DO SISTEMA +/- 1°C ISOLAMENTO TÉRMICO Lã de vidro, inclusive nas portas CIRCULAÇÃO DE AR Convencional natural, livre de ruídos ALIMENTAÇÃO Bivolt até 150L, as maiores definir 110V ou 220V.	01	UND	2.670,89	2.670,89
VALOR MÉDIO TOTAL DO LOTE R\$ 2.670,89					

Tabuleiro do Norte/CE, 02 de SETEMBRO de 2020.


LEYDIANE VIEIRA CHAGAS
PREGOEIRA

----- JUNTO FAZEMOS PARTE DESSA HISTÓRIA -----
CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO RAIMUNDO RODRIGUES CHAVES
RUA: PADRE CLICÉRIO, 4605 - BAIRRO SÃO FRANCISCO - CEP: 62.960-000